



HELAGO-CZ, s.r.o.
Commercial Register maintained by the Regional Court in Hradec
Králové
Section C, File 17879
Kladská 1082
500 03 Hradec Králové 3
Company ID: 25 96 39 61, VAT: CZ 25963961
Phone: 495 220 229, 495 220 394
Fax: 495 220 154
GSM gate: 602 123 096
E-mail: info@helago-cz.cz
Web: http://www.helago-cz.cz

Flask test for dispensers, 100 ml

Order code: **6634.870038210**



Cena bez DPH

139,30 Eur

Price with VAT

168,55 Eur

Parameters

Flask types

Other

Volume [ml]

100

Quantitative unit

ks

Baňky se třemi značkami určené pro testování dávkovačů umožní okamžitou kontrolu správnosti funkce. Baňky jsou třídy A, DKD kalibrace s certifikátem, vhodné pro libovolný dávkovač montovaný na láhev. Vhodné pro dávkovače o objemech 10 až 100 ml. Baňka odpovídá DIN EN ISO 1042. Kalibrováno na objem (TC, In). horní/spodní značka $\pm 0,700$ ml vnitřní průměr hrdla 13 ± 1 mm